Stolní laboratorní zdroje řady 32xx

Jmen. výkon **150...200 W**

~ =

Popis

- lineární regulace
- tepelná pojistka
- zkratuvzdorné
- automatický přechod provozu přístroje CV/CC
- testovací tlačítko pro nastavení omezení proudu
- (regulace proudového omezení)
- sériový provoz stejných přístrojů do napětí max.150V
- výstup oddělený od země

CV = constant voltage (zdroj konst. napětí)
CC = constant current (zdroj konst. proudu)



rozměry: Š x V x H 122x232x252mm
hmotnost: 7,5 kg
korpus: modrý
čelní panel: AL-eloxovaný
krytí: IP 30

vstup: síťový kabel
výstup: 4mm šroubovací zdířky

techn. parametry

Specifikace / Typ			3231.0	3231.1		3231.3	3231.4		3231.8	3241.5
DC*	**výstupní napětí**		**0-32V**	**0-32V**		**0-64V**	**0-96V**		**0-150V**	**0-300V**
DC	**výstupní proud**		**0-6,4A**	**0-6,4A**		**0-3,2A**	**0-1,6A**		**0-1A**	**0-0,4A**
	CV stabilita (síť +6/-10%)		1mV	1mV		1mV	2mV		3mV	4mV
	CV stabilita (zátěž 0-100%)		30mV	30mV		20mV	20mV		10mV	10mV
	CV zvlnění (Ueff)		1mV	1mV		2mV	3mV		5mV	10mV
	CC stabilita (síť +6/-10%)		1mA	1mA		1mA	1mA		1mA	1mA
	CC stabilita (zátěž 0-100%)		5mA	5mA		5mA	2mA		2mA	2mA
	CC zvlnění (I eff)		2mA	2mA		2mA	1mA		1mA	1mA
	reg. čas při zátěži 10-100%	100µs								
	regulační prvky Ua / Ia	U/I 2x potemciometr 270° (hrubě a jemně)								
	rozlišení	0,10%								
	výstupní charakteristika	U / I								
	ukazatele		anal. uk.	digitální ukazatele pro U a I 3-místný LCD						
	provozní teplota	0 - 35°C								
	max. relativní vlhkost	85% při 35°C								
AC	vstupní napětí	230 V + 6%/ -10% 48-62Hz								
AC	zkoušecí napětí	vstup -zem 3,75kV AC; vstup - výstup 3,75kV AC; výstup - zem 500V AC							1000V AC	1500V AC
	třída přístroje	II.								
	vyrobeno podle norem	DIN VDE 0551; DIN VDE 0875 díl 11 křivka B								

* jiná výstupní napětí na objednávku

volby

Nr.

1 dálkové řízení výstupních veličin napětím 0-5V nebo 0-10V DC
2 monitorovací výstup U/I, Umonitor. 0-5V DC
4 ukazatele U digital / I analog (jen u typu 3231.1)
5 síťové napětí 115V / 48-62Hz
6 19" přední panel (6HE 24TE)
pozn. volba 1 a 2 nejsou galvanicky odděleny

při objednávání uveďte

- označení typu + popř. číslo volby

Chyby tisku a technické změny vyhrazeny !